


PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
SETOR DE LICITAÇÕES
CNPJ: 88.771.001/0001-80
Av. da Igreja, 346 – Centro
Tramandaí – RS
Fone: (51) 9 8983-2030 – licitacoes.tramandai@gmail.com



www.tramandai.rs.gov.br

À

STRYKER DO BRASIL LTDA

OFÍCIO Nº 330/2025

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 179/2025

Tramandaí, 29 de setembro de 2025.

Senhor licitante:

Ao cumprimentá-lo vimos informar-lhe que o seu pedido de esclarecimentos ao Edital protocolada sob o nº 45616/2025 junto a esta Prefeitura referente ao Edital em epígrafe.

Conforme Memorando emitido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, informamos que sua solicitação foi RESPONDIDA.

Segue, em anexo, a Resposta.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Luis Antônio Cônsul Machado
Diretor do Departamento de Licitações

MEMORANDO Nº 545/2025

De: Luciane Borges - Responsável Técnica de Enfermagem UPA

Para: Secretaria Municipal de Saúde/ Setor de licitações

Venho por meio deste emitir parecer formal sobre o protocolo 45616/2025 para ser anexado ao processo nº13375/2025 Pregão RP 051/2025, referente ao pedido de informação protocolado pela empresa STRYKER DO BRASIL LTDA.


Conforme já respondido anteriormente em 04/07/2025 no memorando nº 399/2025, segue:

ITEM 09 – CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA – Diante do exposto pela empresa, e após pesquisas sobre a qualidade do ABS e do PEAD, informamos que serão aceitas propostas que contenham ABS injetado, tendo em vista que são materiais praticamente equivalentes.

Sendo o que tinha para o momento,

Atenciosamente.

Tramandaí, 29 de Setembro de 2025.


Enfermeira Luciane Borges
Responsável Técnica
Portaria 200/2025